

Angina vincentii - direktmikroskopi

Indikation

Misstanke om Angina vincentii svalginfektion.

Provmaterial

Prov från tonsiller.

Analysprincip

Mikroskopi efter gramfärgning.

Provtagningsmaterial

Provtagningspinne eller spatel samt objektglas.

Provtagning

Vid misstanke om Angina vincentii, tag prov med pinne eller spatel från det inflammerade området. Stryk ut provmaterialet på ett oblektglas som får lufttorka. Täck utstryket med ett rent objektglas, tejpa ihop glaset och skicka provet till laboratoriet. Objektglaset kan även skickas till laboratoriet i särskild behållare.

Provtransport

Prov sändes snarast möjligt till laboratoriet. Kylförvaring är ej nödvändig.

Tänk på: Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Remiss

Ange frågeställning Angina vincentii. Ange aktuella kliniska uppgifter och eventuell antibiotikabehandling på remissen.

Tänk på: Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Bedömning och svarsrutiner

I svaret anges förekomst eller inte av spirocheter och fusiforma bakterier såsom vid Angina vincentii.

Provet bedömes med avseende på förekomst/ej förekomst av den för *Angina vincentii* typiska bakteriefloran. Alla prover besvaras skriftligt.

Proverna svaras ut via CR, CentralRegistret, och för de kunder som inte är anslutna till CR skickas provsvaren per fax eller brev

Läs mer

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)
[Remiss](#)