

Difteri - antikroppsbestämning

Se även [Difteri - odling](#).

Indikation

Kontroll av skyddande antikropps nivå. Utredning av immundefekt eller vaccinationseffekt.

Analysprincip

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Kvantitativ bestämning av IgG antikroppar mot difteritoxoid i serum.

Provtagning

Venblod eller serum, 2-10 mL tas i rör utan tillsats lämpligen vacutainerrör. Minsta provvolym 200 µL serum.

Tas före och 2-4 veckor efter vaccination.

Provtransport

Omgående till laboratoriet. Vid förvaring: Kylskåp.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Ange vaccinationsdatum.

Bedömning och svarsrutiner

I svar anges:

< 0,01 IU/mL Sannolikt INTE immun mot difteri.

> 0,01-1,0 IU/mL Sannolikt viss immunitet mot difteri.

> 1,0 IU/mL Sannolikt immun mot difteri.